

ООО "ТЕКТРОН"

Россия, 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, эт/ком 3/308

тел.: +7 (495) 993-46-46, e-mail: info@oilright.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 11150626

Вода дистиллированная

партия 11150626

артикул 34181

упаковка 10 л

количество 540 шт

ГОСТ Р 58144-2018

Дата изготовления продукта " 15 " июня 2026 г.

п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2	Запах	Без запаха	Без запаха
3	Массовая концентрация ионов аммония, мг/дм ³ , не более	0.2	соответствует
4	Массовая концентрация нитратов-ионов, мг/дм ³ , не более	0.2	соответствует
5	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³ , не более	0.5	соответствует
6	Массовая концентрация хлоридов-ионов, мг/дм ³ , не более	0.5	соответствует
7	Массовая концентрация алюминия, мг/дм ³ , не более	0.05	соответствует
8	Массовая концентрация железа, мг/дм ³ , не более	0.05	соответствует
9	Массовая концентрация кальция, мг/дм ³ , не более	0.8	соответствует
10	Массовая концентрация меди, мг/дм ³ , не более	0.02	соответствует
11	Массовая концентрация свинца, %, не более	0.05	соответствует
12	Массовая концентрация цинка, мг/дм ³ , не более	0.2	соответствует
13	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Розовая окраска	соответствует
14	Массовая концентрация общего органического углерода, мг/дм ³ , не более	0.5	соответствует
15	pH воды, ед. pH	5,0-7,0	5,5
16	Удельная электрическая проводимость при 25 °С, См/м, не более	5,1·10 ⁻⁴	1,11·10 ⁻⁴

Заключение:

Вода дистиллированная соответствует требованиям ГОСТ Р 58144-2018

Генеральный директор ООО "ТЕКТРОН"

В.Г. Бойчук

Дата выдачи паспорта " 16 " июня 2026 г.

